

血液検査		
検査項目	基準値	単位
WBC	3.3~8.6	10 ³ /μL
RBC	M4.35~5.55	10 ⁶ /μL
	F3.86~4.92	
Hb	M13.7~16.8	g/dL
	F11.6~14.8	
Ht	M40.7~50.1	%
	F35.1~44.4	
MCV	83.6~98.2	fL
MCH	27.5~33.2	pg
MCHC	31.7~35.3	g/dL
RDW	11.6~14.0	%
PLT	158~348	10 ³ /μL
MPV	7.0~11.0	fL
PDW	—	fL
PCT	—	%
NEUT	38.5~80.5	%
LYMP	16.5~49.5	%
MONO	2.0~10.0	%
EOS	0.0~8.5	%
BASO	0.0~2.5	%
網状赤血球(%)	M0.77~2.43	%
	F0.74~2.16	
網状赤血球数(個数)	M3.59~12.31	10 ⁴ /μL
	F3.20~9.90	

生化学検査			
検査項目	基準値	単位	備考
総蛋白	6.6~8.1	g/dL	
アルブミン	4.1~5.1	g/dL	
A/G比	1.32~2.23		
総ビリルビン	0.4~1.5	mg/dL	
直接ビリルビン	0.1~0.4	mg/dL	
AST	13~30	U/L	
ALT	M10~42	U/L	
	F7~23		
LD	124~222	U/L	
ALP	38~113	U/L	
γGT	M13~64	U/L	
	F9~32		
コリンエステラーゼ*	M240~486	U/L	
	F201~421		
総コレステロール	142~248	mg/dL	
LDL-C	65~163	mg/dL	
中性脂肪	M40~234	mg/dL	
	F30~117		
CRP	0.00~0.14	mg/dL	
UN	8~20	mg/dL	
クレアチニン	M0.65~1.07	mg/dL	
	F0.46~0.79		
尿酸	M3.7~7.8	mg/dL	
	F2.6~5.5		
Na	138~145	mmol/L	
K	3.6~4.8	mmol/L	
Cl	101~108	mmol/L	
Ca	8.8~10.1	mg/dL	
補正Ca値	計算式(4.0-Alb)+Ca値		
IP	2.7~4.6	mg/dL	

生化学検査			
検査項目	基準値	単位	備考
血糖	★73~109	mg/dL	
CK	M59~248	U/L	
	F41~153		
AMY	44~132	U/L	
P-AMY	16~52	U/L	
S-AMY	—	—	
アンモニア	12~66	μg/dL	
ICG(15')	0~10	%	
Fe	40~188	μg/dL	
TIBC	M253~365	μg/dL	
	F246~410		
UIBC	M111~255	μg/dL	
	F137~325		
クレアチンクレアランス	—	ml/min	
Mg	1.8~2.4	mg/dL	
BNP	≤18.4	pg/mL	
proGRP	<81	pg/mL	
トポニンT定性	定性(-)		
高感度心筋トロポニン	≤26.2	pg/mL	
HbA1c(NGSP)	4.9~6.0	%	
リパーゼ	—	U/L	SRL
セレン	—	μg/L	BML
pH*	7.350~7.450	pH	
pCO2*	35.0~45.0	mmHg	
pO2*	80.0~100.0	mmHg	
HCO3-act*	22.0~26.0	mmol/L	
HCO3-std*	M22.5~26.9	mmol/L	
	F21.8~26.2		

*動脈血での基準値。静脈血でも測定可

免疫血清学検査			
検査項目	基準値	単位	備考
ASLO	—		SRL
RF	—	IU/mL	SRL
抗核抗体	—		SRL
抗DNA抗体	—		SRL
サイロイドテスト	—	倍	SRL
マイクログームテスト	—	倍	SRL
マイコプラズマ抗体	—	倍	SRL
HCV抗体(CLIA法)	<1.0	S/CO	
HBs抗原(CLIA法)	<0.05	IU/mL	
HBs抗体(CLIA法)	<10	mIU/mL	
HBe抗原(CLIA法)	—	S/CO	SRL
HBe抗体(CLIA法)	—	INH%	SRL
HBe抗体(CLIA法)	<1.0	S/CO	
HBV-DNA(TaqManPCR法)	—	LogIU/mL	LSI
HCV-RNA(TaqManPCR法)	—	LogIU/mL	LSI
TP抗体(ラテックス比濁法)	<10.0	T.U.	
ATLA(PA法)	定性(-)		
HIV抗体(CLIA法)	<1.0	S/CO	
IgA	93~393	mg/dL	
IgG	861~1747	mg/dL	
IgM	M33~183	mg/dL	
	F50~269		
IgD	—	mg/dL	SRL
IgE	—	IU/mL	SRL
CH50	—	IU/mL	SRL
C3	—	mg/dL	SRL
C4	—	mg/dL	SRL
トランスフェリン	—	mg/dL	SRL
ハプトグロビン	19~170	mg/dL	
HTLV-1(CLIA法)	<1.0(陰性)	s/co	
Sp-D	—	ng/mL	SRL
血清HCG	<25	mIU/ml	曜日指定

マーカー			
検査項目	基準値	単位	備考
AFP	0.89~8.78	ng/mL	
PIVKA-II	<40	mAU/mL	
CEA	≤5.0	ng/mL	
SCC抗原	≤1.5	ng/mL	
CA19-9	≤37	U/mL	
CA15-3	≤31.3	U/mL	
CA-125	≤35	U/mL	
sIL-2R	122~496	U/mL	
エラスターゼ1	≤300	ng/mL	
フェリチン	M17~321	ng/mL	
	F4~96		
β2-マイクログロブリン(血清)	—	mg/L	SRL
HCG血清	—	mIU/ml	SRL
PSA	≤4	ng/mL	
TSH	0.35~4.94	μIU/mL	
F-T4	0.70~1.48	ng/dL	
F-T3	1.68~3.67	pg/mL	
ACTH	—	pg/mL	SRL
コルチゾール	3.7~19.4	μg/dL	
副甲状腺ホルモンインタクト	—	pg/mL	SRL
タクロリムス	—	ng/mL	
シクロスポリン	—	ng/mL	
メトキシセト	—	μmol/L	
シフラ(CK19フラグメント)	≤2.1	ng/mL	
プロカルシトニン(PCT)	<0.05	ng/mL	
KL-6	105~401	U/mL	
β-D-グルカン	—	pg/mL	SRL
サイトメガロウイルス(CF)	—	倍	SRL
CMV抗原(C10,C11)	—		SRL

尿検査	
検査項目	基準値
尿定性-比重	1.005~1.030
尿定性-pH	4.5~7.5
尿定性-蛋白	(-)
尿定性-糖	(-)
尿定性-潜血	(-)
尿定性-白血球	(-)
尿定性-ケトン体	(-)
尿定性-亜硝酸塩	(-)
尿定性-ウロビリノーゲン	(±)
尿定性-ビリルビン	(-)
HCG定性	陰性

凝固			
検査項目	基準値	単位	備考
PT(秒)	9.6~13.1	秒	
PT(%)	70~130	%	
PT(INR)	0.81~1.03	—	
APTT	24.0~34.0	秒	
FIB	200~400	mg/dL	
FDP-P	5未満	μg/mL	
DDダイマー	1未満	μg/mL	
ATⅢ	80~130	%	
第ⅩⅢ因子	—	%	SRL
SFMC	—	μg/mL	SRL
TAT	—	ng/mL	SRL
PICテスト	—	μg/mL	SRL

※外部委託項目については、各検査機関の基準値をご参照ください。
 ※当院では、正常参考値および判定基準を『基準値』で表示しております。